

## Temperature Monitoring Log Investigational Product (治験薬保管温度記録)

checked and recorded daily(except weekends & public holidays) (営業日は毎日確認)

Refrigerator: 2-8°C Incubator: 15-25°C room temperature: 1-30°C deep freezer :under -80°C


Month(mmm)/Year(yyyy):	JUL /20 23	
Date	Is temperature within limits?(Y/N) If not, write comments 温度は範囲内か?	Performed by Initials 確認者イニシャル
1	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
2	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
3	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
4	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
5	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
6	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.Y
7	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
8	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
9	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
10	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
11	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
12	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
13	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.Y
14	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.Y
15	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
16	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
17	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
18	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
19	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
20	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.Y
21	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
22	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
23	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
24	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
25	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
26	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
27	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
28	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.N
29	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
30	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
31	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	S.Y

温度計電池交換等記録(記載見本)		
該当する保管庫	冷蔵庫( <input checked="" type="checkbox"/> )・恒温槽( <input checked="" type="checkbox"/> )・超低温槽・室温	
開始日時	15:30	2017/6/10
終了日時	15:35	
実施者サイン	治験 太郎	
コメント		
□はい □いいえ		

温度計電池交換記録		
該当する保管庫	冷蔵庫( )・恒温槽( <input checked="" type="checkbox"/> )・超低温槽・室温	
開始日時	8:33	20 23 / 7 / 24
終了日時	8:35	
実施者サイン	永田 翔子	
コメント		
□はい □いいえ		
該当する保管庫	冷蔵庫( )・恒温槽( )・超低温槽・室温	
開始日時	:	20 / /
終了日時	:	
実施者サイン		
コメント		
□はい □いいえ		
該当する保管庫	冷蔵庫( )・恒温槽( )・超低温槽・室温	
開始日時	:	20 / /
終了日時	:	
実施者サイン		
コメント		
□はい □いいえ		
該当する保管庫	冷蔵庫( )・恒温槽( )・超低温槽・室温	
開始日時	:	20 / /
終了日時	:	
実施者サイン		
コメント		
□はい □いいえ		
該当する保管庫	冷蔵庫( )・恒温槽( )・超低温槽・室温	
開始日時	:	20 / /
終了日時	:	
実施者サイン		
コメント		
□はい □いいえ		


comment	
---------	--

Manabu Hirashima 01 Aug 2023



送信器名称 CH番号	室温 CHI	治験恒温槽① CHI	治験恒温槽② CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃
収録データ数	8929	8929	8929
欠損データ数	0	0	0
測定間隔	00:05:00	00:05:00	00:05:00
最高値	24.0	21.1	22.5
最低値	22.2	20.8	20.4
平均値	22.8	21.0	20.5

Manabu Hirashima 01 Aug 2023



送信器名称 CH番号	サブ機 CHI	治験冷蔵庫① CHI	治験冷蔵庫② CHI	治験冷蔵庫③ CHI	治験冷蔵庫④ CHI	治験冷蔵庫⑤ CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	8929	8929	8929	8929	8929	8929
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:05:00	00:05:00	00:05:00	00:05:00	00:05:00	00:05:00
最高値	5.6	4.7	3.7	5.4	5.6	5.1
最低値	4.5	4.5	3.4	4.8	4.3	4.1
平均値	4.6	4.6	3.5	5.1	5.0	4.9