

Temperature Monitoring Log Investigational Product (治験薬保管温度記録)

checked and recorded daily(except weekends & public holidays) (営業日は毎日確認)

Refrigerator: 2-8°C Incubator: 15-25°C room temperature: 1-30°C deep freezer :under -80°C


Month(mmm)/Year(yyy):	JUN /20 26	
Date	Is temperature within limits?(Y/N) If not, write comments 温度は範囲内か?	Performed by Initials 確認者イニシャル
1	☒ Y ☐ N	S.Y
2	☒ Y ☐ N	S.Y
3	☒ Y ☐ N	S.Y
4	☒ Y ☐ N	S.Y
5	☒ Y ☐ N	S.Y
6	☐ Y ☐ N	
7	☐ Y ☐ N	
8	☒ Y ☐ N	S.Y
9	☒ Y ☐ N	S.Y
10	☒ Y ☐ N	S.Y
11	☒ Y ☐ N	S.Y
12	☒ Y ☐ N	S.Y
13	☐ Y ☐ N	
14	☐ Y ☐ N	
15	☒ Y ☐ N	S.Y
16	☒ Y ☐ N	S.Y
17	☒ Y ☐ N	S.Y
18	☒ Y ☐ N	S.Y
19	☒ Y ☐ N	S.Y
20	☐ Y ☐ N	
21	☐ Y ☐ N	
22	☒ Y ☐ N	S.Y
23	☒ Y ☐ N	S.Y
24	☒ Y ☐ N	N.S
25	☐ Y ☐ N	N.S
26	☒ Y ☐ N	N.S
27	☐ Y ☐ N	
28	☐ Y ☐ N	
29	☒ Y ☐ N	S.Y
30	☒ Y ☐ N	S.Y
31	☐ Y ☐ N	

温度計電池交換等記録【記載見本】			
該当する保管庫	冷蔵庫(②)・恒温槽(①)・超低温槽・室温		電池交換前後に 保管庫の温度が 逸脱していないことを 保管庫の温度計で 確認した。
開始日時	15:30	2017/6/10	
終了日時	15:35		
実施者サイン	治 験 太 郎		
コメント			☒ はい ☐ いいえ

温度計電池交換記録			
該当する保管庫	冷蔵庫(⑤)・恒温槽()・超低温槽・室温		電池交換前後に 保管庫の温度が 逸脱していないことを 保管庫の温度計で 確認した。
開始日時	8 : 38	20 26 / 6 / 18	
終了日時	8 : 42		
実施者サイン	山田 紗由美		
コメント			□はい □いいえ
該当する保管庫	冷蔵庫()・恒温槽()・超低温槽・室温		電池交換前後に 保管庫の温度が 逸脱していないことを 保管庫の温度計で 確認した。
開始日時	:	20 / /	
終了日時	:		
実施者サイン			
コメント			□はい □いいえ
該当する保管庫	冷蔵庫()・恒温槽()・超低温槽・室温		電池交換前後に 保管庫の温度が 逸脱していないことを 保管庫の温度計で 確認した。
開始日時	:	20 / /	
終了日時	:		
実施者サイン			
コメント			□はい □いいえ
該当する保管庫	冷蔵庫()・恒温槽()・超低温槽・室温		電池交換前後に 保管庫の温度が 逸脱していないことを 保管庫の温度計で 確認した。
開始日時	:	20 / /	
終了日時	:		
実施者サイン			
コメント			□はい □いいえ
該当する保管庫	冷蔵庫()・恒温槽()・超低温槽・室温		電池交換前後に 保管庫の温度が 逸脱していないことを 保管庫の温度計で 確認した。
開始日時	:	20 / /	
終了日時	:		
実施者サイン			
コメント			□はい □いいえ
該当する保管庫	冷蔵庫()・恒温槽()・超低温槽・室温		電池交換前後に 保管庫の温度が 逸脱していないことを 保管庫の温度計で 確認した。
開始日時	:	20 / /	
終了日時	:		
実施者サイン			
コメント			□はい □いいえ


comment	
---------	--

1 - July - 2026 Natsuki Sato



送信器名称 CH番号	サブ機 CHI	治験冷蔵庫① CHI	治験冷蔵庫② CHI	治験冷蔵庫③ CHI	治験冷蔵庫④ CHI	治験冷蔵庫⑤ CHI
▶ グラフ表示	☒	☒	☒	☒	☒	☒
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	8641	8641	8641	8641	8641	8641
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:05:00	00:05:00	00:05:00	00:05:00	00:05:00	00:05:00
最高値	6.3	4.1	4.8	5.0	5.7	6.6
最低値	4.5	3.6	4.5	4.5	4.8	5.3
平均値	4.8	3.8	4.6	4.7	5.3	5.5

1 - July - 2026 Natsuki Sato



送信器名称 CH番号	室温 CH1	試験恒温槽① CH1	試験恒温槽② CH1
▶ グラフ表示	☒	☒	☒
単位	℃	℃	℃
収録データ数	8641	8641	8641
欠損データ数	0	0	0
測定間隔	00:05:00	00:05:00	00:05:00
最高値	23.5	21.1	21.0
最低値	21.5	20.9	20.5
平均値	22.3	21.0	20.7