National Hospital Organization Nagoya Medical Center

Temperature Monitoring Log　Investigational Product（治験薬保管温度記録）

checked and recorded daily(except weekends & public holidays)（営業日は毎日確認）

Refrigerator:2-8℃　Incubator:15-25℃　room temperature:1-30℃　deep freezer :under -80℃

Month(mmm)/Year(yyyy):	OCT /20 26	
Date	Is temperature within limits?(Y/N) If not,write comments 温度は範囲内か？	Performed by Initials 確認者イニシャル
1	☑Y ☐N	S.Y
2	☑Y ☐N	S.Y
3	☐Y ☐N	
4	☐Y ☐N	
5	☑Y ☐N	S.Y
6	☑Y ☐N	S.Y
7	☑Y ☐N	S.Y
8	☑Y ☐N	S.Y
9	☑Y ☐N	S.Y
10	☐Y ☐N	
11	☐Y ☐N	
12	☐Y ☐N	
13	☑Y ☐N	S.Y
14	☑Y ☐N	S.Y
15	☑Y ☐N	S.Y
16	☑Y ☐N	S.Y
17	☐Y ☐N	
18	☐Y ☐N	
19	☑Y ☐N	S.Y
20	☑Y ☐N	S.Y
21	☑Y ☐N	S.Y
22	☑Y ☐N	S.Y
23	☑Y ☐N	S.Y
24	☐Y ☐N	
25	☐Y ☐N	
26	☑Y ☐N	S.Y
27	☑Y ☐N	S.Y
28	☑Y ☐N	S.Y
29	☑Y ☐N	S.Y
30	☑Y ☐N	S.Y
31	☐Y ☐N	


温度計電池交換等記録【記載見本】			
該当する保管庫	冷蔵庫（②）・恒温槽（①）・超低温槽・室温		電池交換前後に保管庫の温度が逸脱していないことを保管庫の温度計で確認した。
開始日時	15:30	2017/6/10	
終了日時	15:35		
実施者サイン	治験　太郎		
コメント			☐はい ☐いいえ

温度計電池交換記録			
該当する保管庫	冷蔵庫(　　)・恒温槽(　　)・超低温槽・室温		電池交換前後に保管庫の温度が逸脱していないことを保管庫の温度計で確認した。
開始日時	:	20　/　/	
終了日時	:		
実施者サイン			
コメント			☐はい ☐いいえ
該当する保管庫	冷蔵庫(　　)・恒温槽(　　)・超低温槽・室温		電池交換前後に保管庫の温度が逸脱していないことを保管庫の温度計で確認した。
開始日時	:	20　/　/	
終了日時	:		
実施者サイン			
コメント			☐はい ☐いいえ
該当する保管庫	冷蔵庫(　　)・恒温槽(　　)・超低温槽・室温		電池交換前後に保管庫の温度が逸脱していないことを保管庫の温度計で確認した。
開始日時	:	20　/　/	
終了日時	:		
実施者サイン			
コメント			☐はい ☐いいえ
該当する保管庫	冷蔵庫(　　)・恒温槽(　　)・超低温槽・室温		電池交換前後に保管庫の温度が逸脱していないことを保管庫の温度計で確認した。
開始日時	:	20　/　/	
終了日時	:		
実施者サイン			
コメント			☐はい ☐いいえ
該当する保管庫	冷蔵庫(　　)・恒温槽(　　)・超低温槽・室温		電池交換前後に保管庫の温度が逸脱していないことを保管庫の温度計で確認した。
開始日時	:	20　/　/	
終了日時	:		
実施者サイン			
コメント			☐はい ☐いいえ
該当する保管庫	冷蔵庫(　　)・恒温槽(　　)・超低温槽・室温		電池交換前後に保管庫の温度が逸脱していないことを保管庫の温度計で確認した。
開始日時	:	20　/　/	
終了日時	:		
実施者サイン			
コメント			☐はい ☐いいえ

comment	


2026、11、4　Natsuki Sato

サブ機 において、
2026、10、30 の 16:45 ごろより、2026、11、2 朝まで
欠測となっているが、サブ機を設置している
保管庫は空であり、現在治験薬を保管していないため
問題はない。



送信器名称 CH番号	サブ機 CH1	治験冷蔵庫① CH1	治験冷蔵庫② CH1	治験冷蔵庫③ CH1	治験冷蔵庫④ CH1	治験冷蔵庫⑤ CH1
グラフ表示	✓	✓	✓	✓	✓	✓
単位	℃	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	8929	8929	8929	8929	8929	8929
欠損データ数	0	0	0	0	0	0
測定間隔	00:05:00	00:05:00	00:05:00	00:05:00	00:05:00	00:05:00
最高値	6.7	4.9	5.0	4.7	5.6	5.7
最低値	4.3	4.4	4.4	3.9	4.7	5.2
平均値	4.7	4.6	4.6	4.2	5.0	5.4

2026. 11. 4 Natsuki Sato



送信器名称 CH番号	室温 CH1	治験恒温槽① CH1	治験恒温槽② CH1
▶ グラフ表示	✓	✓	✓
単位	℃	℃	℃
収録データ数	8929	8929	8929
欠損データ数	0	0	0
測定間隔	00:05:00	00:05:00	00:05:00
最高値	25.1	21.1	21.0
最低値	21.4	20.8	20.4
平均値	22.1	20.9	20.6