

Temperature Monitoring Log Investigational Product (治験薬保管温度記録)

checked and recorded daily(except weekends & public holidays) (営業日は毎日確認)


Refrigerator: 2-8°C Incubator: 15-25°C room temperature: 1-30°C deep freezer :under -80°C

Month(mmm)/Year(yyyy):		
AUG / 20 17		
Date	Is temperature within limits?(Y/N) If not, write comments 温度は範囲内か?	Performed by Initials 確認者イニシャル
1	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	Y.I
2	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	Y.I
3	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	Y.I
4	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	Y.I
5	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
6	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
7	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	Y.I
8	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	Y.I
9	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	N.A
10	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	N.A
11	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
12	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
13	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
14	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	Y.I
15	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	Y.I
16	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	Y.I
17	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	Y.I
18	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	T.Y
19	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
20	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
21	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	Y.I
22	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	N.A
23	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	Y.I
24	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	Y.I
25	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	N.A
26	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
27	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
28	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	N.A
29	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	Y.I
30	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	Y.I
31	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	Y.I


温度計電池交換等記録【記載見本】		
該当する保管庫	冷蔵庫(②)・恒温槽(①)・超低温槽・室温	電池交換前後に保管庫の温度が逸脱していないことを保管庫の温度計で確認した。
開始日時	15:30	
終了日時	15:35	
実施者サイン	2017/6/10 治験 太郎	
コメント		

温度計電池交換等記録		
該当する保管庫	冷蔵庫(5)・恒温槽()・超低温槽・室温	電池交換前後に保管庫の温度が逸脱していないことを保管庫の温度計で確認した。
開始日時	14 : 22	
終了日時	2017 / 8 / 18 2017 / 8 / 30 移動再開	
実施者サイン	Naoya Adachi	
コメント	修理終了のため冷蔵庫から、治験薬保管庫へ	
該当する保管庫	冷蔵庫()・恒温槽()・超低温槽・室温	電池交換前後に保管庫の温度が逸脱していないことを保管庫の温度計で確認した。
開始日時	: :	
終了日時	: :	
実施者サイン		
コメント		
該当する保管庫	冷蔵庫()・恒温槽()・超低温槽・室温	電池交換前後に保管庫の温度が逸脱していないことを保管庫の温度計で確認した。
開始日時	: :	
終了日時	: :	
実施者サイン		
コメント		
該当する保管庫	冷蔵庫()・恒温槽()・超低温槽・室温	電池交換前後に保管庫の温度が逸脱していないことを保管庫の温度計で確認した。
開始日時	: :	
終了日時	: :	
実施者サイン		
コメント		
該当する保管庫	冷蔵庫()・恒温槽()・超低温槽・室温	電池交換前後に保管庫の温度が逸脱していないことを保管庫の温度計で確認した。
開始日時	: :	
終了日時	: :	
実施者サイン		
コメント		


comment	<p>2017/8/8. 冷蔵庫⑤のいんかえを行う。温度計E 14:22に冷蔵庫から出す。14:30にいんかえ後の冷蔵庫に温度計いれる。治験薬の保管はなし。 Naoya Adachi</p> <p>2017/8/28. 冷蔵庫⑤ 稼働再開。故障時に移動作 治験薬は、移動先の冷蔵庫の記録</p>
---------	---




送信器名称 CH番号	室温 CHI	治験恒温槽① CHI	治験恒温槽② CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C	°C	°C
収録データ数	961	961	961
欠損データ数	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	23.4	20.0	19.6
最低値	21.1	19.4	18.5
平均値	22.1	19.6	19.1




送信器名称 CH番号	室温 CH1	治療恒温槽① CH1	治療恒温槽② CH1
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃
収録データ数	961	961	961
欠損データ数	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	23.4	19.8	19.4
最低値	21.1	19.5	18.5
平均値	22.2	19.6	19.1




送信器名称 CH番号	室温 CH1	治療恒温槽① CH1	治療恒温槽② CH1
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	°C	°C	°C
収録データ数	1143	1143	1143
欠損データ数	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	23.8	19.9	19.5
最低値	21.4	19.5	18.6
平均値	22.7	19.6	19.1



送信器名称 CH番号	治験冷蔵庫① CH1	治験冷蔵庫② CH1	治験冷蔵庫③ CH1	治験冷蔵庫④ CH1	治験冷蔵庫⑤ CH1
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	961	961	961	961	961
欠損データ数	0	0	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	4.8	5.0	4.9	5.8	18.4
最低値	4.6	4.5	4.5	4.8	4.4
平均値	4.7	4.7	4.7	5.2	5.3



送信器名称 CH番号	治験冷蔵庫① CHI	治験冷蔵庫② CHI	治験冷蔵庫③ CHI	治験冷蔵庫④ CHI	治験冷蔵庫⑤ CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	961	961	961	961	961
欠損データ数	0	0	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	4.7	5.0	4.7	5.7	6.7
最低値	4.6	4.8	4.5	5.0	5.6
平均値	4.7	4.9	4.6	5.3	5.7



送信器名称 CH番号	治験冷蔵庫① CHI	治験冷蔵庫② CHI	治験冷蔵庫③ CHI	治験冷蔵庫④ CHI	治験冷蔵庫⑤ CHI
▶ グラフ表示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
単位	℃	℃	℃	℃	℃
収録データ数	1143	1143	1143	1143	1143
欠損データ数	0	0	0	0	0
測定間隔	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00	00:15:00
最高値	4.8	5.6	4.9	5.7	5.8
最低値	4.5	3.2	4.5	5.0	3.1
平均値	4.7	4.9	4.7	5.3	5.0